AFX 操作上のチェックポイント

操　作

1. AFX17Frシースの挿入操作とダイレーターの抜去 ☐

2. AFXメインボディデリバリーシステムの挿入と対側脚ワイヤーの挿入 ☐

3. 対側脚ワイヤーの絡みの確認 ☐

4. メインボディのセミデプロイ ☐

5. 大動脈分岐部に対するメインボディSit onの確認 ☐

6. 14インチガイドワイヤー挿入 ☐

7. ステントグラフト本体部（メインボディ部）の展開 ☐

8. 14インチガイドワイヤーの挿入と位置の再確認 ☐

9. 同側脚の展開 ☐

10. AFXシースへのダイレーターの挿入 ☐

11. 対側脚の展開 ☐

12. ダイレーターを抜去し中枢エクステンションの挿入操作 ☐

13. 確認造影 ☐

14. 中枢エクステンションの展開 ☐

15. 中枢ネック・同側脚部・対側脚部への必要に応じたバルーンニング ☐