お客様各位

RelayPro 胸部ステントグラフトシステム
TREO 腹部ステントグラフトシステム
自主回収のご案内

2026 年 11 月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社が販売しております「RelayPro 胸部ステントグラフトシステム」および「TREO 腹部ステントグラフトシステム」につきまして、デリバリーシステムに使用する一部の部材について、エンドトキシンが残存している可能性があるため、当該製品を自主回収させていただくことといたしました。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記の内容をご確認のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 一般的名称及び販売名

一般的名称 ： 大動脈用ステントグラフト
販売名 ： RelayPro 胸部ステントグラフトシステム
一般的名称 ： 大動脈用ステントグラフト
販売名 ： TREO 腹部ステントグラフトシステム

■ 対象製品

RelayProシリーズの全品種、TREOの全品種

■ 発生事象

デリバリーシステムに使用する一部の部材について、エンドトキシンが残存している可能性があり、健康被害が発生する恐れがあることから、当該製品の自主回収を実施することといたしました。

■ 医療機関様へのお願い

・貴施設内に保管されている対象製品の在庫をご確認いただき、回収にご協力をお願いいたします。
・対象製品を保有されている場合、または在庫がない場合も含め、詳細につきましては、別紙「回収確認書」に記載の内容をご確認のうえ、所定の手順に従いご対応くださいますようお願い申し上げます。
・ご不明な点がございましたら、弊社施設担当者、またはテルモ・コールセンター(0120-12-8195)までお問合せください。

一般的名称：大動脈用ステントグラフト
販売名：ＲｅｌａｙＰｒｏ 胸部ステントグラフトシステム
医療機器承認番号：30300BZX00323000
一般的名称：大動脈用ステントグラフト
販売名：ＴＲＥＯ 腹部ステントグラフトシステム
医療機器承認番号：30300BZX00121000

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp
©テルモ株式会社 2026 年 11 月作成
26CV058